

ESCLARECIEMTOS REFERENTE PREGÃO 005/2024

"Antonina Oliveira" <antonina@arpelgrafica.com.br>

4 de novembro de 2024 às 10:28

Para: atendimento@imperatriz.ma.gov.br



Bom dia,

Prezados

Referente ao item 767 do referido edital.

Perguntamos:

1. QUAL A MEDIDA DA ETIQUETA
2. SERÁ UTILIZADA EM ETIQUETADORA MANUAL (SE SIM QUAL A MARCA DA ETIQUETADORA) OU SERÁ SOLICITADO ETIQUETAORA EM COMODATO?

Indicador químico classe
classe I tipo uso externo.
apresentação: etiqueta
adesiva características
adicionais para
esterilização a vapor.
componentes adicionais c.
sistema rastreabilidade

Att




Antonina de Oliveira

(14) 3223-0973/(14) 99105-5996

Arpel.Arte em Papel Ltda- EPP- www.arpelgrafica.com.br

Santos- (13) 3222-7809

 image001.png

 image002.jpg

Fwd: ESCLARECIEMTOS REFERENTE PREGÃO 005/2024

atendimento@imperatriz.ma.gov.br

4 de novembro de 2024 às 10:54

Para: licitasemus@gmail.com

Bom dia.

Estamos encaminhando o pedido de esclarecimento referente ao PE nº 005/2024 que tem como objeto: Aquisição eventual e futura de Materiais correlatos, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde e suas coordenações: SAMU, PAISM, CDII, CEMI, HMII, DAPS, DVS, CAF, SAD, CEREST, SAÚDE MENTAL, UPA SÃO JOSÉ, HMI e ZOONOSES.

Para que o questionamento seja devidamente analisado e respondido.

Atenciosamentê, Comissão Permanente de Licitação.

----- Mensagem Encaminhada -----

De: "Antonina Oliveira" <antonina@arpelgrafica.com.br>

Para: atendimento@imperatriz.ma.gov.br

Recebida: 4 de novembro de 2024 às 10:28

Assunto: ESCLARECIEMTOS REFERENTE PREGÃO 005/2024

Bom dia,

Prezadòs

Referente ao item **767** do referido edital.

Perguntamos:

- 1. QUAL A MEDIDA DA ETIQUETA**
- 2. SERÁ UTILIZADA EM ETIQUETADORA MANUAL (SE SIM QUAL A MARCA DA ETIQUETADORA) OU SERÁ SOLICITADO ETIQUETAORA EM COMODATO?**

Indicador químico classe
classe I tipo uso externo
apresentação etiqueta
adesiva características
adicionais para
esterilização a vapor
componentes adicionais c.
sistema rastreabilidade

Att





Antonina de Oliveira

(14) 3223-0973/(14) 99105-5996

Arpel Arte em Papel Ltda- EPP- www.arpelgrafica.com.br

Santos- (13) 3222-7809

 image001.png

 image002.jpg

Re: ESCLARECIENTOS REFERENTE PREGÃO 005/2024

atendimento@imperatriz.ma.gov.br

4 de novembro de 2024 às 10:54

Para: "Antonina Oliveira" <antonina@arpelgrafica.com.br>

Bom dia.

Encaminhamos o pedido de esclarecimento para a secretaria responsável, assim que a resposta for recebida por esta comissão, será encaminhada de imediato neste endereço de e-mail.

Atenciosamente, Comissão Permanente de Licitação.

4 de novembro de 2024 às 10:28, "Antonina Oliveira" <antonina@arpelgrafica.com.br> escreveu:

Bom dia,

Prezados

Referente ao item 767 do referido edital.

Perguntamos:

- 1. QUAL A MEDIDA DA ETIQUETA**
- 2. SERÁ UTILIZADA EM ETIQUETADORA MANUAL (SE SIM QUAL A MARCA DA ETIQUETADORA) OU SERÁ SOLICITADO ETIQUETAORA EM COMODATO?**

Indicador químico, classe
classe I, tipo uso externo,
apresentação: etiqueta
adesiva, características
adicionais para
esterilização a vapor,
componentes adicionais: c.
sistema rastreabilidade

Att





Antonina de Oliveira

(14) 3223-0973/(14) 99105-5996

Arpel Arte em Papel Ltda- EPP- www.arpelgrafica.com.br

Santos- (13) 3222-7809

 image001.png

 image002.jpg

Fwd: ESCLARECIENTOS REFERENTE PREGÃO 005/2024

"Gestão de Licitação" <licitasemus@gmail.com>

5 de novembro de 2024 às 11:49

Para: "Cpl" <atendimento@imperatriz.ma.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Manutenção HMI** <servmanutencao.hmi@gmail.com>

Date: ter., 5 de nov. de 2024 às 11:35

Subject: Re: ESCLARECIENTOS REFERENTE PREGÃO 005/2024

To: Gestão de Licitação <licitasemus@gmail.com>

Prezados

Encaminhado em anexo esclarecimento

Atenciosamente

Francisco Vintura Silva

Em ter., 5 de nov. de 2024 às 09:28, Gestão de Licitação <licitasemus@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: <atendimento@imperatriz.ma.gov.br>

Date: seg., 4 de nov. de 2024 às 10:54

Subject: Fwd: ESCLARECIENTOS REFERENTE PREGÃO 005/2024

To: <licitasemus@gmail.com>

Bom dia.

Estamos encaminhando o pedido de esclarecimento referente ao PE nº 005/2024 que tem como objeto: Aquisição eventual e futura de Materiais correlatos, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde e suas coordenações: SAMU, PAISM, CDII, CEMI, HMII, DAPS, DVS, CAF, SAD, CEREST, SAÚDE MENTAL, UPA SÃO JOSÉ, HMI e ZOONOSES.

Para que o questionamento seja devidamente analisado e respondido.

Atenciosamente, Comissão Permanente de Licitação.

----- Mensagem Encaminhada -----

De: "Antonina Oliveira" <antonina@arpelgrafica.com.br>

Para: atendimento@imperatriz.ma.gov.br

Recebida: 4 de novembro de 2024 às 10:28

Assunto: ESCLARECIENTOS REFERENTE PREGÃO 005/2024

Bom dia,

Prezados

Referente ao item 767 do referido edital.

Perguntamos:

1. QUAL A MEDIDA DA ETIQUETA
2. SERÁ UTILIZADA EM ETIQUETADORA MANUAL (SE SIM QUAL A MARCA DA ETIQUETADORA) OU SERÁ SOLICITADO ETIQUETAORA EM COMODATO?

Indicador químico classe
classe I, tipo uso externo,
apresentação: etiqueta
adesiva características
adicionais para
esterilização a vapor,
componentes adicionais e
sistema rastreabilidade

Att



Antonina de Oliveira

(14) 3223-0973/(14) 99105-5996


Arpel Arte em Papel Ltda- EPP- www.arpelgrafica.com.br

Santos- (13) 3222-7809

--
Favor acusar o recebimento deste.

GESTÃO DE LICITAÇÕES


Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS/SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 00.939.023/0001-66
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro. CEP: 65903-270
Imperatriz - Maranhão
Fone (99)3524-9875

 Pwtb3ujehTNShj_lxYp4


--
Favor acusar o recebimento deste.


GESTÃO DE LICITAÇÕES

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS/SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 00.939.023/0001-66
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro. CEP: 65903-270
Imperatriz - Maranhão
Fone (99)3524-9875

 Pwtb3ujehTNShj_lxYp4

 [ESCLARECIMENTO_CPL_assinado.pdf](#)

 [image001.png](#)

 [image002.jpg](#)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Imperatriz - MA, 05 de novembro 2024

Ofício: 030/2024 – OPME/HMI

À

Comissão Permanente de Licitação

Prezados,

Em atenção ao e-mail enviado a Gestão de Licitação – SEMUS. Venho através do presente esclarecer o questionamento interposto pela Empresa, ARPEL - ARTES EM PAPEL LTDA, acerca do PE nº 005/2024 que tem como objeto: Aquisição eventual e futura de materiais correlatos, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde e suas coordenações.

Esclareço que no item 767 do edital: **Indicador Químico Classe I** - Um indicador químico de classe I é um indicador de processo que confirma se um material foi exposto ao processo de esterilização. Ele é usado para monitorar autoclaves e outros equipamentos de esterilização, e é aplicado na parte externa de unidades individuais, como pacotes ou contêineres.

Por tanto não se trata de uma etiqueta comum. Etiqueta duplo uso para esterilização a vapor, com indicador químico Tipo 1 e aba lateral de fácil remoção. Resistente até 150°C e adesivo desenvolvido para suportar vácuo da autoclave. Pode ser confeccionada com ou sem os dados do hospital e usada em impressoras com ribbon de resina.

Os indicadores de passagem são normalmente encontrados em fitas zebradas, que devem ser utilizados em todos os pacotes externamente indicando se um determinado pacote passou pelo processo de esterilização.

Certo de ter esclarecido a contento, coloco-me a disposição para mas esclarecimento que possam surgir durante o processo.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO VINTURA SILVA

Data: 05/11/2024 11:29:14-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Francisco vintura silva
Coord. Almoxarife
HMI

Rua: Benedito Leite, 861 - Centro - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9707 ou (99) 3524-9721 / Ramal: 213
E-mail: coordenacaoenf@hotmail.com

