



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Ofício n.º 08/2022 - HMI

Imperatriz- MA, 30 de junho de 2022.

A Ilma. Senhora
CRISTIANE FERNANDES SILVA
Pregoeira
Comissão Permanente de Licitação

PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DE PREÇO

Assunto: Resposta ao Ofício n° 212/2022 - CPL

Processo: 02.19.00.4432/2022-SEMUS

Pregão Eletrônico n° 024/2022-CPL

Objeto: Serviço de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, para atender as necessidades das coordenações: HMI, HMII, CEO, CEMI, ATENÇÃO BÁSICA, SAMU, UPA – SÃO JOSÉ E CDII.

Reportando-me ao pedido de Análise de Proposta de Preço apresentada pela empresa **NORTE FOX MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, no Pregão Eletrônico n° 024/2021 - CPL, observo que a empresa baixou 64% dos valores das cotações que fora feitas no mercado nacional, sendo inexequível.

9. DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha

Rua: Benedito Leite, 861 - Centro - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9707 ou (99) 3524-9721 / Ramal: 227
E-mail: direcaohmi@outlook.com



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

Além da proposta inexecutável como demonstra nos itens do edital, a empresa citada não comprovou ter capacidade técnica para fazer a manutenção de equipamentos de alta complexidade, tais como: Ressonância magnética, Arco cirúrgico, Mamógrafo, Aparelho de ultrassonografia e Rx digital, podendo danificar os equipamentos, com risco de prejuízos ao Município, ressalto que a Ressonância Magnética é o item de maior valor no edital de manutenção.

CONCLUSÃO:

Do exposto, com base nas razões de fato acima desenvolvidas, devolvo o pedido de análise interposto.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo e reiteramos os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Hustânia da Conceição de Sousa Brito
Coordenadora de Manutenção HMI. HII
Mat. 36.255-7

Hustânia da Conceição de Sousa Brito

Coord. de Manutenção – HMI/HMII