




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Ofício n.º 028/2021 HMI/OPME

Imperatriz- MA, 11 de maio de 2021.

Ao Ilmo. Senhor
GUILHERME ENRIQUE PEREIRA DE SOUSA
Pregoeiro
Comissão Permanente de Licitação



PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DE PREÇO

Assunto: Resposta ao Ofício nº 130/2021- CPL

Processo: 02.19.00.4328/2020-SEMUS

Pregão Eletrônico nº 023/2021- CPL

Assunto: Aquisição Consignada eventual e futura de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPME), padronizadas pela Tabela SUS, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal de Imperatriz e Hospital Infantil de Imperatriz.

Reportando-me ao pedido de Análise de Proposta de Preço apresentada pela empresa **CARAJÁS CIRÚRGICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.232.015/0001-46, no **Pregão Eletrônico nº 023/2021- CPL**, com vistas à verificação da adequação dos produtos ofertados com o solicitado no Edital e Termo de Referência, temos a expor o que segue:

Em análise à descrição dos objetos ofertados, verifica-se que o objeto “GRAMPEADOR CIRCULAR HEMORROIDAL MIRUS PPH MIRUS 3...” não corresponde ao objeto “GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL”, listado no item 3 do Lote XVI- Cirurgia Geral (Cota de 25%, Exclusiva para ME e EPP- LC 123/06- Art. 48, inciso III), do Termo de Referência, visto que, ao passo que este se trata de material para cirurgias do aparelho digestivo e

Rua: Benedito Leite, 861 - Centro - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9707 ou (99) 3524-9721 / Ramal: 227
E-mail: direcaohmi@outlook.com





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

cirurgia geral, àquele se trata de material para procedimento minimamente invasivo para hemorroidas, não sendo indicado para cirurgias do aparelho digestivo. Além de que, o grampeador para tratamento de hemorroida, não consta na tabela SUS (SIGTAP).

Nesse sentido, o objeto citado não corresponde ao solicitado no Edital, não atendendo às necessidades do Hospital Municipal de Imperatriz e Hospital Infantil de Imperatriz. De outro modo, verifica-se a compatibilidade da proposta formulada pelo licitante em relação aos demais objetos, com o preço estimado para a contratação conforme as planilhas de composição de custos e formação de preços do material envolvidos na contratação, o que se conclui pela coerência com os critérios de aceitação em relação a estes, ressaltando que o “GRAMPEADOR CIRCULAR HEMORROIDAL MIRUS PPH MIRUS 3...” está em desacordo com o objeto solicitado.

❖ **CONCLUSÃO:**

Do exposto, com base nas razões de fato acima desenvolvidas, devolvo o pedido de análise interposto.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo e reiteramos os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Francisco Vintura Silva
Coord. Almojarifado HML/HMI
Fone: (99) 3524-6060
Francisco Vintura Silva
Coord. Almojarifado Central de OPME