



OFÍCIO Nº 414/2022 HMI

Imperatriz- MA, 15 Julho de 2022.

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e Equipe de Comissão de Licitações

Assunto: Pregão Eletrônico nº 044/2022

Ref.: Processo Administrativo nº 02.19.00.4343/2021-SEMUS

Prezado,

Com devidos Habituais cumprimento, sirvo-me do presente, para nos manifestar-se sobre a impugnação solicitada pela empresa **CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A**, ao Edital do Pregão epigrafado, no qual a empresa alega obsolescência dos aparelhos objeto do anexo I AQUISIÇÃO DE APARELHO DE VIDEOCIRURGIA - Nº 1 - CATMAT 454246, do processo administrativo nº 02.19.00.4343/2021 - SEMUS.

O objeto do edital do Pregão em comento, é suficiente para atender a demanda desta unidade de saúde, não se fazendo necessário a retificação do edital licitatório.

Vejamos:

Equipamento: MONITOR

Edital Solicita: "monitor LCD de no mínimo 20"

Características de um monitor LCD 20": Tamanho da tela: 20&Prime (16:9) - Resolução Máxima: 1600x900 (HD)- Pixel Pitch: 0.27x0.2664 mm- Área de Display: 435.3x243.1(mm)- Brilho: 250 cd/m2- Contraste: 1000:1- Tempo de resposta: 5ms- Frequência do painel: **75 Hz** - Ângulo de visão: 85/85/80/80 Painel de cores: - 16.7M Sinal de entrada: - VGA x1- HDMI x1- AUDIO x1.

Observa-se que, essas especificações acima informadas são bem mais superiores ao da sugestão elabora pela empresa impugnante, tendo em vista que, os "75 Hz" são bem mais superior que os "60 Hz", apresentados pela empresa.

Para esclarecermos melhor sobre "Refresh Rate - HZ" vejamos:

A frequência de uma TV ou ("refresh rate" em Inglês) **indica quantas vezes por segundo a tela do aparelho é atualizada.** Por exemplo, se o aparelho tem uma frequência de 120 Hz, isso significa que ele é capaz de reproduzir 120 quadros por segundo.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

DIREÇÃO

“ Ou seja não podemos ficar atrelados ao tamanho de polegadas do monitor e sim a frequência de HZ o monitor faz por segundo, no qual é o tempo de “quadros por segundo”. No qual entrega melhor qualidade na imagem.

Equipamento: FONTE DE LUZ

Edital solicita: “fonte de luz endoscópica xênon 300w”

A especificação acima corresponde a necessidade do Hospital Municipal de Imperatriz, no qual o aparelho com as características suprem as necessidades.

Equipamento: MICROCÂMERA

Edital Solicita: “Micro-câmera mínimo 988 3 chips”

A especificação acima corresponde a necessidade do Hospital Municipal de Imperatriz, no qual o aparelho com as características suprem as necessidades.

Diante o exposto, o Hospital de Municipal Imperatriz pugna pelo regular prosseguimento do certame, tendo em vista que os aparelhos/descriptivos informados no edital suprem a necessidade do setor do bloco cirúrgico desta unidade de saúde.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para elevar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Vitor Pachelle Lima Abreu
Diretor Geral do HMI
Mat. 84.539-6

Vitor Pachelle Lima Abreu
Diretor Geral HMI