



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS /SUS

Ofício GL n.º 040/2020

Imperatriz- MA, 30 de julho de 2020.

Ilmo (a)

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo: 02.19.00.5952/2019-SEMUS

Assunto: aquisição eventual e futura de **MATERIAIS CORRELATOS**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz e suas coordenações.

- Reportando-me ao pedido de esclarecimento interposto pelo interessado, SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME, via e-mail, contra o edital do Pregão eletrônico nº 11/2020 – CPL, temos a expor o que segue:

1. DO PEDIDO

Requerem:

“...o Edital menciona em sua Anexo I – Materiais Correlatos, no descritivo técnico do item 2:

2 – Ácido peracético, composição: associado ao peróxido de hidrogênio e ác. Acético, concentrações: 5% + 27%, forma física: solução aquosa – (EXCLUSIVA PARA ME EPP – LC 123/06 – Art 48, inciso I).

No que se refere a este item, cabe questionar:

- Qual o local será utilizado? Ou seja, qual a finalidade de uso do produto?*
- O produto será utilizado para esterilização de máquinas de hemodiálise?...”*



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS /SUS

2. DA ANÁLISE

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à área técnica que se manifestou da seguinte forma;

“Em relação aos esclarecimentos solicitados, informo:

Limpeza e desinfecção de materiais cirúrgicos.

- Reportando-me ao pedido de esclarecimento interposto pelo interessado, ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA., via e-mail, contra o edital do Pregão eletrônico nº 11/2020 – CPL, temos a expor o que segue:

1. DO PEDIDO

Requerem:

“...Peço lhes a gentileza de informar as medidas das agulhas do item 33, 34 e 35, porquanto só consta o gauge....”

2. DA ANÁLISE

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à área técnica que se manifestou da seguinte forma;

“Em relação aos esclarecimentos solicitados, informo:

O tamanho das agulhas são 6.8 Máx.

- Reportando-me ao pedido de esclarecimento interposto pelo interessado, UNIT COMERCIAL LTDA., via e-mail, contra o edital do Pregão eletrônico nº 11/2020 – CPL, temos a expor o que segue:

1. DO PEDIDO

Requerem: